



شرکت دلتا درمان پارت

سیستم های آزمایشگاهی و مواد مصرفی



دفتر مرکزی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۱۳، طبقه پنجم

تلفن: ۸۸۷۷۵۶۵۶ ۸۸۷۷۳۶۶۰ ۸۸۷۷۰۶۵۸ ۸۸۸۵۶۳۸۵ ۸۸۸۵۶۴۱۰

فکس: ۸۸۸۵۶۴۰۳

ایمیل: info@delta dp.ir

وب سایت: www.delta dp.ir

MINDRAY BS200

Test	ACE	R1	250
Reac. Type	FIXED TIME	R2	
Pri. Wave	340	Sample Volume	25
Sec. Wave	670	Linearity Range	5.8 120
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	4 17	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	ADA	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	100
Pri. Wave	546	Sample Volume	6
Sec. Wave	670	Linearity Range	0 200
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	8 16	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	19		
Unit	U/L		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	ALB	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	1 6
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 6
Incuba. Time			
Unit	G/DL		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	ALP	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	405	Sample Volume	4
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 1000
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	4 16	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	ALT/SGPT	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	25
Sec. Wave	405	Linearity Range	2 300
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	4 16	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	AST	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	25
Sec. Wave	405	Linearity Range	2 300
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	4 16	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	AMYLASE	R1	300
Reac. Type	KINETIC	R2	
Pri. Wave	405	Sample Volume	6
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 2000
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	4 16	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	ASO	R1	200
Reac. Type	END POINT	R2	50
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave		Linearity Range	0 800
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	IU/ML		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	BILI.D		R1	200	
Reac. Type	END POINT		R2	50	
Pri. Wave	546		Sample Volume	25	
Sec. Wave	670		Linearity Range	0.1	10
Direction	INCREASE		Factor		
Reac. Time	-1	18	Slope	1	Intercept 0
Incuba. Time	3				
Unit	MG/DL				
Precision	0.01				

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	BILI.T		R1	200	
Reac. Type	END POINT		R2	50	
Pri. Wave	546		Sample Volume	6	
Sec. Wave	670		Linearity Range	0.12	20
Direction	INCREASE		Factor		
Reac. Time	-1	18	Slope	1	Intercept 0
Incuba. Time	3				
Unit	MG/DL				
Precision	0.01				

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	CA	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	670	Sample Volume	3
Sec. Wave		Linearity Range	1 20
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	CHOL	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	510	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 500
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 36	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	C3	R1	240			
Reac. Type	END POINT	R2	60			
Pri. Wave	340	Sample Volume	3			
Sec. Wave	670	Linearity Range	10	350		
Direction	INCREASE	Factor				
Reac. Time	-1	18	Slope	1	Intercept	0
Incuba. Time	3					
Unit	MG/DL					
Precision	0					

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

Test	C4	R1	240			
Reac. Type	END POINT	R2	60			
Pri. Wave	340	Sample Volume	6			
Sec. Wave	670	Linearity Range	5	90		
Direction	INCREASE	Factor				
Reac. Time	-1	18	Slope	1	Intercept	0
Incuba. Time	3					
Unit	MG/DL					
Precision	0.1					

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	CK-NAC	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	10
Sec. Wave	405	Linearity Range	10 2000
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	8 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	CK-MB	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	20
Sec. Wave	405	Linearity Range	1.9 318
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	8 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	COPPER	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	578	Sample Volume	15
Sec. Wave	670	Linearity Range	16 500
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	UG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	CREAT	R1	150
Reac. Type	FIX TIME	R2	150
Pri. Wave	505	Sample Volume	30
Sec. Wave	670	Linearity Range	0.2 15
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	4 9	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0.01		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	CRP	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	60
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave		Linearity Range	2 100
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/L		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	Spline (5 point)
	Replicate	2

Test	GGT	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	405	Sample Volume	25
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 300
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	8 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	GLUCOSE	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	510	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 400
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 36	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	HDL-C	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	80
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 100
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	IgA	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	60
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	40 600
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

Test	IgG	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	60
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	180 3000
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	IgM	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	60
Pri. Wave	340	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	15 300
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

Test	IRON	R1	200
Reac. Type	END POINT	R2	50
Pri. Wave	578	Sample Volume	25
Sec. Wave		Linearity Range	5 400
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	UG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	LACTATE	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	510	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	2 150
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	LDH	R1	200
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	5
Sec. Wave	405	Linearity Range	10 1600
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	3 13	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	LDL-C	R1	240
Reac. Type	END POINT	R2	80
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	0 1000
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	LIPASE	R1	250
Reac. Type	KINETIC	R2	50
Pri. Wave	578	Sample Volume	3
Sec. Wave		Linearity Range	5 250
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	4 14	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	U/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	MG	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	546	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	0.5 5
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0.01		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	MIC-ALB	R1	200
Reac. Type	END POINT	R2	50
Pri. Wave	340	Sample Volume	5
Sec. Wave	670	Linearity Range	2 290
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/L		
Precision	0		

Calibration	Rule	LOGIT LOG 4P
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	PHOS	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	340	Sample Volume	3
Sec. Wave	405	Linearity Range	1.25 25
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	RF	R1	200
Reac. Type	END POINT	R2	50
Pri. Wave	578	Sample Volume	4
Sec. Wave		Linearity Range	3.5 160
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	IU/ML		
Precision	0		

Calibration	Rule	SPLINE (6 P)
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	TIBC	R1	250
Reac. Type	END POINT	R2	75
Pri. Wave	670	Sample Volume	25
Sec. Wave		Linearity Range	77 700
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	UG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	TOTAL-PRO	R1	320
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	546	Sample Volume	8
Sec. Wave	670	Linearity Range	1 14
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	G/DL		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	TG	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	510	Sample Volume	3
Sec. Wave	670	Linearity Range	5 700
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 36	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	UREA	R1	240
Reac. Type	FIX TIME	R2	60
Pri. Wave	340	Sample Volume	3
Sec. Wave	405	Linearity Range	2 200
Direction	DECREASE	Factor	
Reac. Time	4 9	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

MINDRAY BS200

Test	U.ACID	R1	160
Reac. Type	END POINT	R2	160
Pri. Wave	546	Sample Volume	8
Sec. Wave	670	Linearity Range	0.3 15
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 12	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0.1		

Calibration	Rule	TWO POINT
	Replicate	2

Test	U.PRO	R1	250
Reac. Type	END POINT	R2	125
Pri. Wave	510	Sample Volume	20
Sec. Wave	670	Linearity Range	6.24 2009
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	-1 18	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time	3		
Unit	MG/DL		
Precision	0		

Calibration	Rule	SLPINE (6P)
	Replicate	2

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.

Test	ZINC	R1	300
Reac. Type	END POINT	R2	
Pri. Wave	578	Sample Volume	15
Sec. Wave	670	Linearity Range	5.25 500
Direction	INCREASE	Factor	
Reac. Time	0 14	Slope	1 Intercept 0
Incuba. Time			
Unit	UG/DL		
Precision	0		
Calibration	Rule	TWO POINT	
	Replicate	2	

لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر دستور کار موجود در کیتها را مطالعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۵۶۵۶ تماس حاصل نمایید.